



Nr. înregistrare 8947 Data 07.03.2025

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 12.03.2025, ora 10.00 selecție de oferte în vederea achiziționării de materiale sanitare conform caietului de sarcini atasat

Modalitatea de atribuire este negociere fara publicare derulata in temeiul art. 104, alin 1), lit c. din legea 98/2016 cororborata cu prev. 94 din HG 395/2016.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0768483848 Tunaru Paul.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitargujiu@yahoo.com, până la data de 12.03.2025 ora 11.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

Ofertantul declarat castigator va trebui sa constituie garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara tva a contractului

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

MANAGER,
Ec. Vienesca Dumitru



DIRECTOR FIN. CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV. APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ing. Tunaru Paul

ANMCS

uniunea oficială în
procesul de achiziționare
pentru cadrul de activitate



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218

Tel. 0253/210432

Fax 0253/210432

E-mail: office@spitalgorj.ro
achizitiitargujiu@gmail.com

REGISTRATURA

07.03.2016

CAIET DE SARCINI

1. Introducere

Caietul de sarcini contine indicatiile privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimele și obligatorii. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimele din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 215, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 137, alin. (3), lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este o instituție publică cu activitate în domeniul sănătății, aceasta fiind înființată ca unitate spitalicească în anul 1846, care de-a lungul timpului a fost extins și modernizat și este serviciu public de interes local al Județului Gorj.

Sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu se află în Strada Progresului, nr. 18, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția produselor are drept scop tratarea pacienților din cadrul blocurilor operatorii.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Tratarea pacienților operați.

2.6 Factori interesați și rolul acestora

Titular investiție: Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

Beneficiar investiție: Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

3. Descrierea produselor solicitate

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Produsele solicitate au utilizare regulată, aprovizionarea cu acestea asigurându-se lunar, trimestrial sau pe orice perioadă acoperită de disponibilul bugetar

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Tratarea pacienților operați.

3.3. Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor

Recuperarea cât mai rapidă a pacienților asupra carora s-a intervenit chirurgical.

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Produsele solicitate și serviciile / operațiunile accesorii incluse precum și durata minimă de garanție / termenul minim de valabilitate sunt prezentate pentru fiecare produs în parte la pct. 3.4.1.

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Termenul de livrare este de maxim 5 zile de la semnarea de către ambele părți a contractului / contractului subsecvent de furnizare produse.

Locul de livrare pentru toate produsele solicitate este: farmacia din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu

NOTA: SPECIFICAȚIILE TEHNICE CARE INDICĂ O ANUMITĂ ORIGINE, SURSĂ, PRODUCȚIE, UN PROCEDIU SPECIAL, O MARCĂ DE FABRICĂ SAU DE COMERT, UN BREVET DE INVENȚIE, O LICENȚĂ DE FABRICATIE SUNT MENTIONATE DOAR PENTRU IDENTIFICAREA CU USURINȚĂ A TIPULUI DE PRODUS ȘI NU AU CA EFECT FAVORIZAREA SAU ELIMINAREA ANUMITOR OPERATORI ECONOMICI SAU A ANUMITOR PRODUSE. ACESTE SPECIFICAȚII VOR FI CONSIDERATE CA AVÂND MENTIUNEA "COMPATIBIL SAU ECHIVALENT"

LOT 1 SERINGI/ ACE SERINGI

Nr	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoarea	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe functionale minime	Specificații tehnice sau cerințe functionale extinse
1	Seringa 1 ml		1000	0,34	340	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmitere a comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate	
2	Seringa 2ml		12400	0,14	1736	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmitere a comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate	
3	Seringa 5ml		19200	0,15	2880	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmitere a comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate	
4	Seringa 10ml		38400	0,21	8064	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmitere a comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate	

5	Siringa 20ml	44000	0.31	13640	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmitere a comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
6	Siringa 50ml	3000	1.59	4770	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmitere a comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
7	Ace unica folosinta G18- G26	15300	0.07	1071	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmitere a comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate

LOT 2 CONSUMABILE MEDICALE

1	Electrozi ekg	10000	0.21	210	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
2	Leucoplast 5x5 matase	800	3.95	3160	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
3	Gel ecograf	70	10	700			

LOT 3 PRODUSE DIN TIFON

1	Tifon medicinal	12000	1.54	18480	Spitalul	5 de zile de	Conform cerințelor
---	-----------------	-------	------	-------	----------	--------------	--------------------

					Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu	la transmiterea comenzii	din fişele cu specificaţii tehnice anexate	
--	--	--	--	--	----------------------------	--------------------------	--	--

LOT 4 MASTI OXIGEN

1	Masca cu rezervor concentratie inalta adult	100	5.8	380	Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerinţelor din fişele cu specificaţii tehnice anexate	
---	---	-----	-----	-----	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--

LOT 5 PUNGI URINA

1	Pungi urina adult	3000	1.15	3450	Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerinţelor din fişele cu specificaţii tehnice anexate	
2	Tub prelungitor perfuzie	800	1.4	1120				

LOT 6 SONDE

1	Sonda nazogastrica CH 12	100	1.25	125	Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerinţelor din fişele cu specificaţii tehnice anexate	
---	--------------------------	-----	------	-----	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--

2	Sonda nazogastrica CH 14	100	1.25	125	Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
3	Sonda nazogastrica CH 16	100	1.25	125	Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
3	Sonda nazogastrica CH 18	100	1.25	125	Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
5	Sonda nazogastrica CH 20	100	1.25	125	Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
6	Sonda aspiratie CH 14	400	0.73	292	Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
7	Sonda aspiratie CH 16	500	0.73	365	Spitalul Județean de	5 de zile de transmiterea	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice

13	Sonda foley CH 22	30	3,3	99	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
----	-------------------	----	-----	----	---	--	--

LOT 7 TRANSFUZOARE

1	Tranfuzoare cu ac de plastic	5000	1,19	5950	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
---	---------------------------------	------	------	------	---	--	--

LOT 8 VATA

1	Vata pachet 200 gr	650	3,97	2580,5	Spitalul Judetean de Urgență Tg-Jiu	5 de zile de la transmiterea comenzii	Conform cerințelor din fișele cu specificații tehnice anexate
---	--------------------	-----	------	--------	---	--	--

3.4.2. Disponibilitate, daca este cazul

Nu este cazul

Extensibilitate/Modernizare, daca este cazul

Nu este cazul

Garantie

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel puti perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie este diferenta de perioada de valabilitate a produselor care va fi calculata de la data receptiei acestora.

Daca nu este specificat pentru fiecare produs in parte, perioada de valabilitate a produselor nu trebuie sa fie mai mica de 80 % din perioada de garantie acordata de producator.

Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare cel mentionat la pct. 3.4. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul este acceptat de Autoritatea contractanta.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractanta la pct. 3.4.

Contractantul va elibera si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.

Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sau/ si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absentei a facilitator de manipulare la punctele de intrare.

Transportul si toate costurile asociate sunt sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrare, termenul agreed al produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

Operatiuni cu titlu accesoriu, daca este cazul

Nu este cazul

Instalare, punere in functiune, testare

Nu este cazul

3.5.3.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Nu este cazul

3.5.3.3. Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Nu este cazul

3.5.3.3. Mentenanța corectivă în perioada post-garanție, după caz

Nu este cazul

Sprijin tehnic

Pe toată durata contractului, Contractantul va asigura sprijin tehnic în conformitate cu cerințele menționate pentru fiecare produs în parte sau asistență în ceea ce privește produsele furnizate.

Contractantul va asigura o persoană / un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă sau solicita sprijin tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

Mediul în care este operat produsul

Sala de operare, mediu steril.

Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Nu este cazul

Atributiile si responsabilitatile Partilor

Atributiile Autoritatii contractante:

- de a intocmi contractul in baza caruia furnizorul va livra produsele;
- de a reception produsele in termenle asumate de catre furnizor.
- de a refuza produsele care nu corespund cu cerintele caietului de sarcini;
- de a plati valoarea aferenta facturilor emise pentru produsele furnizate in termenul asumat.

Atributiile furnizorului:

- de a livra produsele in termenul asumat;
- de a inlocuii in termenul asumat produsele care nu corespund cerintelor caietului de sarcini;
- de a informa Autoritatea contractanta despre imposibilitatea de a semna un non contract subsevent in termen de maxim 2 zile lucratoare de la aparitia acestei situatii;

Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii/entitatii contractante in legatura cu produsul

Produsele vor fi insotite la livrare de prospecte / instructiuni de utilizare / atentionari in limba romana, certificate de valabilitate sau garantie si declaratie de conformitate.

Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea contractanta. Receptia produselor atat cantitativa cat si calitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la farmacia Spitalului Judecan de Urgenta Tg-Jiu in cadrul termenelor de livrare asumate.

Receptia produselor se va realiza in prezenta unui reprezentant al furnizorului pentru a clarifica la fata locului diferentele cantitative sau calitative. In lipsa reprezentantului /furnizorului Autoritatea contractanta nu va raspunde de eventuale lipsuri sau neconformitati, acela rezervandu-si dreptul de a refuza produsele sau de a le returna pe cheltuiala furnizorului in cazul identificarii unor eventuale neconformitati.

In functie de numarul de furnizori prezentati pentru livrarea produselor, receptia se va realiza in maxim 2 ore de la prezentarea facturii la magazia spitalului.

Modalitati si conditii de plata

Contractantul va cii factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective precum si obligatoriu denumirea produselor asa cum este mentionata in contract / contract subsecvent. Facturile vor fi prezentate in original la Farmacia Autoritatii contractante.

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de *maxim 60 de zile* de la data prezentarii si inregistrarii facturii fiscale in original si a tuturor documentelor justificative.

Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea contractanta si Contractant

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Contractantul va fi pe deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea produselor și realizarea operațiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil, atât pentru furnizarea produselor, cât și pentru rezultatele generate de furnizarea produselor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul

Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătura cu schimbările legislative.

Managementul/Gestionarea Contractului

Comunicările între parti pe toata perioada de valabilitate a contractului se realizeaza in scris. Orice comunicare trebuie inregistrata atat in momentul transmiterii cat si in momentul receptionarii. aceasta fiind realizata doar in conditiile existentei unei confruntari de primire.

Nerespectarea obligatiilor contractuale: da dreptul partii lezate de a rezilia unilateral contractul sau dupa caz, acordul cadru in baza unei notificari prealabile transmisa cu minim 5 zile inainte de incetarea efectiva a drepturilor si obligatiilor contractuale.

CARACTERISTICI TEHNICE

LOT 1 Seringi

Seringi 1 ml

Proprietăți tehnice:

Seringa trebuie sa fie in concordanta cu urmatoarele standarde: ISO 7895-1; ISO 13485

- ✓ 0,33 x 12,7 mm (29G1/2);
- ✓ Interval de gradatie al seringii sa fie de U-100;
- ✓ Seringa trebuie sa fie de 1 ml
- ✓ Produs steril, de unica folosinta, fara latex;
- ✓ Ansamblul seringă-ac in acelasi ambalaj;
- ✓ Pistonul si corpul seringii polipropilena;
- ✓ Opritorul pistonului: cauciuc sintetic (fara latex);

✓ Lubrifiantului siliceic;

✓ marcate CE: pe ambalajul individual al produsului este mentionat producatorul si tara de origine,

✓ marcajul CE valid, marcajul de sterilizare cu radiatii, numarul lotului si data de expirare a produsului.

Ambalare si etichetare: conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător etc). Marca CE.

Termenul de valabilitate: În momentul livrării, produsul trebuie să aibă minim 6 luni de valabilitate. În cazul în care nu este livrat în termenul de valabilitate, furnizorul se obligă să îl încuiască pe cheltuiala proprie (a furnizorului).

Seringa de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac

Proprietati tehnice

Seringa trebuie sa fie in concordanta cu urmatoarele standarde: ISO 7886-1; ISO 13485

- ✓ Seringa din 3 componente cu ac preatasat de 23G 1 1/2" (0,6x30mm) ;
 - ✓ Acul trebuie sa fie steril
 - ✓ Materialul acului sa fie din otel inoxidabil;
 - ✓ Amboul acului trebuie sa aiba conectare de tip luer-slip sau luer-lock si sa respecte codul de culori
 - ✓ Acul trebuie prevazut cu capac de protectie
 - ✓ Seringa sa aiba ambou cu conectare de tip Luer Slip
 - ✓ Seringa sa aiba plunger-ul de culoare verde pentru identificare usoara
 - ✓ Seringa sa aiba pereti transparenti si gradatii de culoare neagra pentru contrast si vizibilitate buna
 - ✓ Interval de gradatie al seringii sa fie de 0,1 ml;
 - ✓ Sa contina in materialul de constructie al corpului seringii ca lubrifiant ulei de silicon <0,25 µg/mm² care sa permita alunecarea uniforma a pistonului;
 - ✓ Corpul seringii sa fie prevazut cu un sistem de siguranta care nu permite iesirea pistonului din cilindru la o aspiratie maxima
 - ✓ Sa nu contina Latex natural;
 - ✓ Sa nu contina plastifianti (DEHP);
 - ✓ Sterilizare EO, valabilitate 5 ani;
- Ambalare si etichetare conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricatiei, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator, etc);

Termen de valabilitate, minim 6 luni de la data livrării. În cazul în care nu este livrat în termenul de valabilitate, furnizorul se obligă să îl înlocuiască pe cheltuișă lor (a furnizorului).

Marcaj CE

Seringa de 5 ml cu ac

Proprietati tehnice

Seringa trebuie sa fie in concordanta cu urmatoarele standarde: ISO 7886-1; ISO 13485

Seringa din 3 componente cu ac preatasat de 22G x 1/2" (0.7 mm x 40 mm)

- ✓ Acul trebuie sa fie steril
 - ✓ Materialul acului sa fie din otel inoxidabil;
 - ✓ Amboul acului trebuie sa aiba conectare de tip lue-slip sau luer-lock si sa respecte codul de culori
 - ✓ Acul trebuie prevazut cu capac de protectie
 - ✓ Seringa sa aiba ambou cu conectare de tip Luer Slip
 - ✓ Seringa sa aiba plunger-ul de culoare roz pentru identificare usoara
 - ✓ Seringa sa aiba pereti transparenti si gradatii de culoare neagra pentru contrast si vizibilitate buna
 - ✓ Interval de gradatie al seringii sa fie de 0,1 ml;
 - ✓ Sa contina in materialul de constructie al corpului seringii ca lubrifiant ulei de silcon <0,25 µg/mm² care sa permita alunecarea uniforma a pistonului,
 - ✓ Corpul seringii sa fie prevazut cu un sistem de siguranta care nu permite iesirea pistonului din cilindru la o aspiratie maxima
 - ✓ Sa nu contina Latex natural;
 - ✓ Sa nu contina plastifianti (DEHP);
 - ✓ Sterilizare EO, valabilitate 5 ani;
- Ambalare si etichetare conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricatiei, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator, etc);

Termen de valabilitate, minim 6 luni de la data livrării. În cazul în care nu este livrat în termenul de valabilitate, furnizorul se obligă să îl încuciască pe cheltuiala lor (a furnizorului).

Marcaj CE

Seringa de 10 ml cu ac

Proprietati tehnice

Seringa trebuie sa fie in concordanta cu urmatoarele standarde: ISO 7886-1; ISO 13485

Seringa din 3 componente cu ac preatasat de 21G x 1 1/2" (0.8 mm x 40 mm)

- ✓ Acul trebuie sa fie steril
- ✓ Materialul acului sa fie din otel inoxidabil;
- ✓ Amboul acului trebuie sa aiba conectare de tip lue-slip sau luer-lock si sa respecte codul de culori
- ✓ Acul trebuie prevazut cu capac de protectie

- ✓ Seringa sa aiba ambou cu conectare de tip Luer Slip
 - ✓ Seringa sa aiba plunger-ul de culoare rosie pentru identificare usoara
 - ✓ Seringa sa aiba pereti transparenti si gradatii de culoare neagra pentru contrast si vizibilitate buna
 - ✓ Interval de gradatie al seringii sa fie de 0,1 ml;
 - ✓ Sa contina in materialul de constructie al corpului seringii ca lubrifiant ulei de silicon <math><0,25 \mu\text{g}/\text{mm}^2</math> care sa permita alunecarea uniforma a pistonului,
 - ✓ Corpul seringii sa fie prevazut cu un sistem de siguranta care nu permite iesirea pistonului din cilindru la o aspiratie maxima
 - ✓ Sa nu contina Latex natural;
 - ✓ Sa nu contina plastifianti (DEHP);
 - ✓ Sterilizare EO, valabilitate 5 ani;
- Ambalare si etichetare conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricatiei, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator, etc);

Termen de valabilitate, minim 6 luni de la data livrarii. In cazul in care nu este livrat in termenul de valabilitate, furnizorul se obliga sa il inlocuiasca pe cheltuielile lor (a furnizorului).

Marcaj CE

Seringa de 20 ml cu ac

Proiectat tehnice:

Seringa trebuie sa fie in concordanta cu urmatoarele standarde: ISO 7886-1; ISO 13485

Seringa din 3 componente cu ac preasat de **21G x 1 1/2" (0.8 mm x 40 mm)**

- ✓ Acul trebuie sa fie steril
- ✓ Materialul acului sa fie din otel inoxidabil;
- ✓ Amboul acului trebuie sa aiba conectare de tip luer-slip sau luer-lock si sa respecte codul de culori
- ✓ Acul trebuie prevazut cu capac de protectie
- ✓ Seringa sa aiba ambou cu conectare de tip Luer Slip
- ✓ Seringa sa aiba plunger-ul de culoare violet pentru identificare usoara
- ✓ Seringa sa aiba pereti transparenti si gradatii de culoare neagra pentru contrast si vizibilitate buna
- ✓ Interval de gradatie al seringii sa fie de 0,1 ml;
- ✓ Sa contina in materialul de constructie al corpului seringii ca lubrifiant ulei de silicon <math><0,25 \mu\text{g}/\text{mm}^2</math> care sa permita alunecarea uniforma a pistonului,

- ✓ Corpul seringii sa fie prevazut cu un sistem de siguranta care nu permite iesirea pistonului din cilindru la o aspiratie maxima
- ✓ Sa nu contina Latex natural;
- ✓ Sa nu contina plastifianti (DEHP);
- ✓ Sterilizare EO, valabilitate 5 ani;

Ambalare si etichetare conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricatiei, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator, etc);

Termen de valabilitate, minim 6 luni de la data livrării. În cazul în care nu este livrat în termenul de valabilitate, furnizorul se obligă sa îl înlocuiască pe cheltuiela lor (la furnizorul);

Marcaj CE

Seringa de 50 ml cu ac

Proprietati tehnice

Seringa trebuie sa fie in concordanta cu urmatoarele standarde: ISO 7886-1; ISO 13485

Seringa din 3 componente cu ac preatasat de 18G x 1 1/2" (1.2 mm x 40 mm)

Acul trebuie sa fie steril

- ✓ Materialul acului sa fie din oțel inoxidabil;
- ✓ Amboul acului trebuie sa aiba conectare de tip lue-slip sau luer-lock si sa respecte codul de culori
- ✓ Acul trebuie prevazut cu capac de protectie
- ✓ Seringa sa aiba ambou cu conectare de tip Luer Slip
- ✓ Seringa sa aiba plunger-ul de culoare albastra pentru identificare usoara
- ✓ Seringa sa aiba pereti transparenti si gradatii de culoare neagra pentru contrast si vizibilitate buna
- ✓ Interval de gradatie al seringii sa fie de 0,1 ml;
- ✓ Sa contina in materialul de constructie al corpului seringii ca lubrifiant ulei de silicon <0,25 µg/mm2 care sa permita alunecarea uniforma a pistonului;
- ✓ Corpul seringii sa fie prevazut cu un sistem de siguranta care nu permite iesirea pistonului din cilindru la o aspiratie maxima
- ✓ Sa nu contina Latex natural;
- ✓ Sa nu contina plastifianti (DEHP);

✓ Sterilizare EO, valabilitate 5 ani;
Ambalare și etichetare conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricației, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producător, etc);

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data livrării. În cazul în care nu este livrat în termenul de valabilitate, furnizorul se obligă să îl înlocuiască pe cheltuiala lor (a furnizorului).

Marcaj CE

Acce de unică folosință G 18 –G28

Proprietăți tehnice:

Acce de unică utilizare în concordanță cu ISO 7864 standard

- ✓ peretele acului subțire din aliaj de oțel CROM-NICHEL, inoxidabil;
- ✓ suprafața acului este netedă și siliconată;
- ✓ bizzoul acului ascuțit în trei planuri;
- ✓ Amboul acului trebuie să permită conectarea de tip Luer cu posibilitatea de lock (blocare/fixare) este transparent, din polipropilenă;
- ✓ codul culorilor conform ISO 6009;
- ✓ ambalare sterilă individuală;
- ✓ sterilizare EO.

Dimensiuni : 18G x 1½" (1,2mm x 40mm) , 21G x 1½" (0,8mm x 40mm) , 22G x 1½" (0,7 mm x 40mm) , 28G x ½" (0,3mm x 12mm)

Ambalare și etichetare: conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător etc). Marca CE.

Termenul de valabilitate: minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie să aibă minim 6 luni de valabilitate. În cazul în care nu este livrat în termenul de valabilitate, furnizorul se obligă să îl înlocuiască pe cheltuiala proprie (a furnizorului).

LOT 2 CONSUMABILE MEDICALE

1. ELECTROZI EKG CU GEL

Descriere: - pentru adulti si copii de unica folosinta;

- circulari, cu adeziv si gel;
- ambalare, etichetare si marcare CE conform Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale.

2. Banda adeziva matase.

Dimensiune : 5cm x 5m

Material hipoalergenice ce nu produce iritatiii pe piele.

Adezivul trebuie sa fie unul medical 3M, sa nu contina oxid de zinc si sa asigure fixarea pe piele cel putin 24 ore fara dezlipire. Rupere usoara

Mod de ambalare: 6 bucati/ cutie.

GEL ECOGRAF

Gel conductor pentru diagnosticare cu ultrasunete, recomandat pentru o gama larga de proceduri. Calitate superioara, transparent si fara miros.

Vascozitate inalta, conductibilitate perfecta. Usor de indepartat, solubil in apa, nu lasa piela lipicioasa. Hipoalergenice, neutriant. Nu contine sare sau formaldehida. pH: 5,8 – 6. Forma de ambalare 1 litru

LOT 3 PRODUSE DIN TIFON

1. TIFON 100 % BBC 48 gr / mp

Valabilitate 5 ani, de la data fabricatiei, dar un mai puțin de 80% din perioada la data livrării

CARACTERISTICI

PREVEDERI

Descriere (aspect, culoare, mitos)	Tifon pentru uz medicinal, fara impuritati, degresat, neted, albina, purificata, descelat, absorbant, neapretat, albit, moale, curat, fara pete, indoor, insipid, tipar uniform la rupere, fire nedesitate, nesteril, nelucios, fara defecte, tipar uniform la rupere, cu rezistenta la rupere, fara scame sau puf, cu margini drepte si intarite printr-un numar mai mare de fire in urzeala sau cu margini false, utilizare in spitale
Latime	0,90 m ± 0,5
Lungime (m)	100 m ± 0,05
Greutate:	48 gr / m ² ± 2
Desime:	<ul style="list-style-type: none"> - in urzeala fire - in batatura fire <p>Min 120 ± 5 Min 100 ± 5</p>
Aciditate, alcalinitate	Lipsa
PH (u. pH)	4.5 - 8.2
Indice de albire	86
Fora la rupere:	
- in urzeala:	Min 60 N
- in batatura:	Min 40 N
Alungire la rupere:	
- in urzeala:	4.34

- in greutate:	6,91
Substante reductoare :	Conform prevederii
Microbiologic	SREN 14079
Substante solubile in apa (g%)	MIN 0,50
Substante solubile in eter (g%)	MIN 0,35
Pierderea de masa la uscare:	sub 6,50%
Amidon, dextrina:	Lipsa
Calciu	% max. 0,015
Sulfati	% max. 0,01
Cloruri	% max 0,004
Substante colorante :	Lipsa
Substante tensioactive (mm)	Max 2
Substante de albire:	Lipsa
Fluorescenta in UV la 366nm	Fara fluorescenta albastru intens
Clor :	Lipsa
Hidrofilie	Secunde, max. 10
Substante grase :	% max 0,3

Umiditate :

% max. 70,75

3) Marca CE:

Termenul de valabilitate: minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie să aibă minim 6 luni de valabilitate. În cazul în care nu este livrat în termenul de valabilitate, termenul se obligă să îl înlocuiască pe cheltuiela proprie (a furnizorului).

LOT 4 MASTI OXIGEN

1. Mască oxigen cu rezervor de concentrare înaltă, marimea adult

Mască de oxigen cu rezervor compusă din : conector sursă de aer, furcună de oxigen, rezervor de aer, conector, clip nazal, elastic. Din PVC medical, culoare verde transparent.

Rezervorul de aer se va conecta la mască prin intermediul unei valve de SILICON

Lungime mască : 80 mm

Lungime furcună oxigen : 200 cm

Diametru intern furcună : 5,0 +/-0,5

Dimensiune : ADULT

Steril : DA

Metoda de sterilizare : OXID DE ETILEN

Doza sterilizare ETO : 9KG (600mg/L)

Mod de ambalare : individual PE

Date înscrise pe ambalaj conform normelor : instrucțiuni de utilizare în limba română, date producător, Certificat CE, date importator, componenta produs.

Pachetizare secundară : cutie 100 buc

LOT 5 PUNGI URUINA

PUNGĂ URINĂ CU SUPAPĂ 2000 ML

Descriere: - pungă sterilă de plastic, gradată;

- cu supapă și evacuare;

- capacitate 2000 ml;

Cenușă	% max. 0,3
Comportarea la sterilizare la 120° timp de 20 min.	Nu se înghețeneste, nu își pierde calitățile fizice la sterilizare
Dimensiuni	Conf ST01/02
- lungime (m) - lățime (cm)	100m ± 0.05 m 90cm ± 0.50cm
Ambalare	Balot la 100 ml plic, (90 cm lățime x 100 ml) ambalat în folie plastic reciclabil, 10 plicuri într-un balot cu ambalaj de siguranță, rezistent la transport ; ambalaj marcat cu denumirea și adresa producătorului, dimensiuni, număr lot, Condiții de depozitare produs: Spații închise, bine aerisite, fără praf, umiditatea relativă ≤ 60 %, Temperatura cuprinsă între + 100 C ...+400C

TRUSA TRANSFUZIE CU AC PLASTIC

Descriere: - trusa transfuzie cu ac din plastic compusa din:

- recipient din plastic pentru solutia perfuzabila;

- filtru de aer;

- picurator (trebuie sa fie transparent si flexibil, sa nu se crape daca este indoit), filtru disc

pentru lichid, dispozitiv de reglat debitul solutiei perfuzate (trebuie sa asigure un debit constant);

- ambalare, etichetare si marcare CE conform Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind

dispozitivele medicale

LOT 6 SONDE

1. **Sonda Aspiratie cu valva**, radioopaca pentru vizibilitate la razele X, varf deschis cu 2 ochi mari laterali, tub 50cm marcat, nepirogenic, netoxic, Sterile.
Lungime: 500 mm
Sterilizare: Sonda de aspiratie de unica folosinta, este sterilizata cu oxid de etilena si conform cu cerintele sterilizarii EN550 si Corporation Standards Q/HG/S009-2001.
Ambalaj: Blister
Ambalare: 50 buc/cutie
Dimensiuni : CH6 – CH 20

2. **Sonde foley Sterila**, compozitie latex cu un strat subtire de silicon ptr aderenta crescuta
De unica folosinta;
Cu doua cai;
Valva pentru seringi luer și luer lock;
Varf cu doua orificii opuse;
Balonș care se umflă simetric în toate directiile, de 30 – 50 ml capacitate.

3. **SONDA NAZOGASTRICA**

Sonde nazo-gastrice, PVC, sterile, marime CH14, lungime 120cm, 50 buc; sonde nazo-gastrice sterile, din PVC, utilizate pentru administrarea medicamentelor si introducerea alimentelor in stomacul pacientilor incostienti, cu tulburari de deglutitie, cu intoleranta sau hemoragii digestive, operati pe tubul digestiv etc. Sunt atraumatice, vizibile la raze X de-a lungul corpului, netoxice si nepirogenice, ambalate individual.

LOT 7 TRANSFUZOARE

TRUSA TRANSFUZIE CU AC PLASTIC

Descriere: - trusa transfuzie cu ac din plastic compusa din:

- recipient din plastic pentru solutia perfuzabila;
- filtru de aer;
- picurator (trebuie sa fie transparent si flexibil, sa nu se crape daca este indoit), filtru disc pentru lichid, dispozitiv de reglat debitul solutiei perfuzate (trebuie sa asigure un debit constant);

- ambalare, etichetare și marcare CE conform Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale

LOT 8 VATA

Vată hidrofilă

Proprietăți tehnice:

- ✓ -vătă hidrofilă pentru uz medicinal, cu conținut de bumbac 100%, fără impurități de țesut;
- ✓ pachet de 200g;
- ✓ în pachet să fie dispusă în straturi ușor separabile;
- ✓ de culoare albă.

Ambalare și etichetare: conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, loc, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producător etc

- ambalare individual;

- ambalare, etichetare și marcare CE conform Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale.

FARMACIST SEF

